

Bydgoszcz, 3 X 2012 r.

Zamówienie na: dostawę (fabrycznie nowych) mikroskopów.

nr sprawy: 01/2012

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie opisów dla mikroskopów z kamerą dla Gimnazjum nr 16 i Gimnazjum nr 20.

Odpowiedź:

Wobec nieścisłości zawartych w opisie mikroskopu z kamerą, otrzymuje on brzmienie:  
mikroskop szkolny w zestawie z kamerami (TV i USB)  
kondensator N.A. 0.65  
okulary WF10x  
obiektywy 4x, 10x, 40xA  
powiększenia od 40x do 400x  
precyzyjna regulacji ostrości - mikro  
osobny tor wizyjny dla kamery  
regulacja ostrości - makro  
oświetlenie diodowe  
płynna regulacja oświetlenia  
miska rewolwerowa dla obiektywów trójgniazdowa  
przesłona - obrotowy dysk z otworami

Pytanie 2:

Czy w poz. 10 tabeli dot. mikroskopu uczniowskiego dla Zespołu Szkół Medycznych obiektyw i okular powinny mieć wymienione parametry?

Odpowiedź:

Obiektyw i okular w opisie mikroskopu uczniowskiego dla Zespołu Szkół Medycznych powinien mieć parametry:  
obiektyw: 4x,10x,40x  
okular: 4x,10x

Wobec powyższych zmian termin złożenia ofert wydłuża się do 10 października 2012 r. do godz. 12.00.

pracownik odpowiadający na zapytanie: Małgorzata Budny-Bethke

**GIMNAZZJUM NR 20**  
im. Królowej Jadwigi  
ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz  
NIP 9532335409 REGON 092463978  
tel./fax 052 371 49 56  
(1)

*Małgorzata Budny-Bethke*  
dyrektor szkoły: Renata Białecka  
*Renata Białecka*