

Bydgoszcz, 8 X 2012 r.

Zamówienie na: dostawę (fabrycznie nowych) mikroskopów.

nr sprawy: 01/2012

Pytanie 1:

"Dwustopniowa regulacja mikro i makro" pozycja nr 10 Zespół Szkół Medycznych
Czy oznacza to, że śruba makro i mikro są w dwóch osiach (położone osobno)?
Czy też może dwie śruby położone współosiowo?

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie czy mikroskop z załącznika spełnia wymagania zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

W związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi niedokładnego opisu parametrów mikroskopu uczniowskiego dla Zespołu Szkół Medycznych zawartego w zapytaniu ofertowym w punkcie 4 w pozycji 10, unieważnia się odpowiedzi na pytania dot. w/wym. mikroskopu opublikowane dnia 3 i 4 października 2012 r. i po weryfikacji danych wprowadza się następujące zmiany:

głowica: monokularowa
okulary: WF 10x
obiektywy: 4x, 10x, 40 x
powiększenia: 40x, 100, 400x
koło filtrów: 6 kolorowych filtrów
regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna
oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności
stolik z pokrętlami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów

Wobec powyższych zmian termin złożenia ofert wydłuża się do 12 października 2012 r. do godz. 9.00.

GIMNAZJUM NR 20
im. Królowej Jadwigi
ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
NIP 9532335409 REGON 092463978
tel./fax 052 371 49 56
(1)

pracownik odpowiadający na zapytanie: Małgorzata Budny-Bethke

Małgorzata Budny-Bethke

dyrektor szkoły: Renata Białecka

Renata Białecka