



Bydgoszcz, dnia 20 lipca 2021 r.

IVLO/1/2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: Dostawa pomocy dydaktycznych i mikroskopów dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych | (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do Opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1 – część Mikroskopy

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z kondensorem z lepszym N.A. czyli 1,25 zamiast 1,2?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści mikroskop z wskazanym kondensorem. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia parametry jako minimalne, zatem sprzęt o wyższych parametrach jest dopuszczalny.

w zastępstwie Dyrektora szkoły
Wicedyrektor
Justyna Rościszewska
